

# เกณฑ์การพิจารณาการยกเลิกใช้เครื่องมือ

1. ราคาซ่อมสูงกว่า 25% ของราคาซื้อ
2. ราคาซ่อมสะสมรวมสูงกว่า 75% ของราคาซื้อ
3. ราคาเสื่อมสภาพสูงกว่า 60% ของราคาซื้อ
4. มีการแจ้งเตือนอันตรายจากการใช้งาน
5. ไม่สามารถซ่อมได้
6. สอบเทียบมาตรฐานไม่ผ่าน

ที่มา : (ธีรเดช ภัทรวิโรดม) จากการอบรมเรื่อง “เครื่องมือแพทย์เร่งรัดสำหรับช่าง” โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล

