

รายการตรวจสอบความพร้อมใช้อุปกรณ์ในห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลหนองมะโมง

รายการ	วันที่ 22/4/2024 เวลาที่ตรวจสอบ		
	เวรตึก(เวลา 0:01:47 น.)	เวรเช้า (เวลา 8:00:23 น.)	เวรบ่าย (เวลา น.)
ถังออกซิเจนถังใหญ่			
No.1	1,000	1,000	
No.2	1,000	1,000	
NO.3	1,000	1,000	
NO.4	600	600	
ไม่มีการรั่วของถัง	ไม่มีการรั่ว	ไม่มีการรั่ว	
อยู่สภาพพร้อมใช้งาน	พร้อมใช้	พร้อมใช้	
ถังออกซิเจนถังเล็ก			
No.1	200	200	
No.2	1,600	1,600	
No.3	1,700	1,700	
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	พร้อมใช้	พร้อมใช้	
เครื่องวัดความดันโลหิต	3/1(IPD ยืม 1)	4/1(หาคอยืม1)	
แบตเตอรี่พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	
ปรอทวัดไข้	4/1	4/1	
เครื่อง Defibrillator			
แบตเตอรี่พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	
เครื่อง EKG			
แบตเตอรี่พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	
เครื่อง Suction			
แบตเตอรี่พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	
เครื่องส่องตรวจหู คอ จมูก			
มีถ่านสำรอง	มีพร้อมใช้งาน	มีพร้อมใช้งาน	
แสงสว่างเพียงพอ	มีเพียงพอ	มีเพียงพอ	
ตะแกรง EMS	พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	
ตะแกรง Refer	พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	
ลงชื่อ	Sookruethai	ดวงใจ	
ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	