

# ผลการซ่อมบำรุงหรือการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข

รายการทรัพย์สิน

รหัส: 6515-027-3002/2 ชื่อไทย: เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดฝังในแผล  
อังกฤษ: Phillips Medical Systems

รายละเอียด | ค่าเสื่อมราคาเดือน | ประวัติ <F8>

หมวด: 32 วิทยาลัยพยาบาลและสาธารณสุข กลุ่มบัญชี: FA17 วิทยาลัยพยาบาลและสาธารณสุข-Interface.  
เลขทะเบียน: SN.CN32609912 แผนก: C02 งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

คิดค่าเสื่อม?  วันซ่อมบำรุงล่าสุด: //

วิธีคิดค่าเสื่อม: วิธีเส้นตรง คิดค่าเสื่อม: รายเดือน วันที่ซื้อ: 15/06/2560 วันที่เริ่มใช้: 15/06/2560

	ทางภาษีอากร	ทางบัญชี
ราคาทุน	350,000.00	350,000.00
ค่าเสื่อมสะสมยกมา	349,999.00	349,999.00
ค่าเสื่อมที่คำนวณเอง	0.00	<---
ค่าเสื่อมเบื้องต้น	0.00	<---

อายุการใช้งาน: 5 ปี  
ราคาซาก: 1.00 อัตรา: 20.00 %  
จำนวนเองถึง: //

วันที่ขาย: //  
ราคาขาย: 0.00  
กำไร/ขาดทุน: 0.00

Date1: // Num1: 0.00 String1: 06-รับบริจาคสิ่งของ Link1: น-001  
Date2: // Num2: 0.00 String2: 06-รับบริจาค

มีงาน NoteX

Session - 203.151.244.19 - Remote Desktop Connection

1.ชื่อ 2.ชาน 3.การเงิน 4.สินค้า 5.บัญชี 6.รายงาน 7.ระบบ 8.อื่น ๆ

FAMAS.RX2

ค้นหา: 100% ไม่เลือกหน้า PDF พิมพ์จำนวนสำเนา 1 หน้า

หน้า 1

ประวัติการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน

6515-027-3002/2 เครื่องกระตุ้นหัวใจ ด้วยไฟฟ้าชนิดฝังในแผล

ลำดับ	วันที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	22/04/67	เปลี่ยน DFM100 Lithium Ion Battery	16,500.000	
		รวม	16,500.00	



Hospital / โรงพยาบาล	โรงพยาบาลหนองมะโมง		
Department / แผนก	แจ้งภายใน		
Request ผู้แจ้ง	คุณต้น	Date วันที่แจ้ง	22/04/2024
Contact No. เบอร์ติดต่อ	0815472363		
Product ผลิตภัณฑ์	Philips	Equipments เครื่อง	Defibrillator
Model รุ่น	Efficia DFM100		
HW Version	N/A	SW Version	2.00.21
S/N หมายเลขเครื่อง	CN32609912		



**Status of System สถานะของเครื่อง**

Sale Support

In Warranty

Out of Warranty

Service Contract

Failure Description อาการเสีย	Return to Office, Equipments of System รายการรับเครื่องและอุปกรณ์ประกอบเครื่อง(กลับ)		
	ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน
สำรองอะไหล่ Battery พร้อมทดสอบ			
Consign No. C6704/0481			

**Type of Service ชนิดบริการ**

Inspection

CAL  PM

CM  OTHER

**Results of Repair / ผลการซ่อม**  
(22/04/2024)  
Replace Battery DFM100 SN: C240361042 (นำ Battery สำรองของบริษักลับ)  
Run up Check : Pass  
Clear Hardware and Software log  
Test function to use.  
Ready for use.

**Summary สรุปผลการซ่อม**

สดตรวจเช็ค

ไม่สามารถใช้งานได้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ

**ใบเสนอราคา**

เลขที่

วันที่

\*สำรองอะไหล่ Battery เพื่อใช้งานก่อน ระหว่างรอเอกสารในสั่งซื้อ

**Parts Replacement Lists รายการเปลี่ยนอะไหล่**

Spareparts No. รหัสสินค้า	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคาระบบ	Amount ราคารวม
1 EHS-Q-DF100BATT	DFM100 Lithium Ion Battery	1	16,500.00	16,500.00

ส่วนที่ 1. เครื่องตรวจสอบที่โรงพยาบาล/ลูกค้า						ส่วนที่ 2. เครื่องตรวจสอบส่งเข้าบริษัทฯ(ส่วนกลาง)					
Date	Time		Productive Hours		Total Hours	Date	Time		Productive Hours		Total Hours
	From	Till	Work	Travel			From	Till	Work	Travel	
22/04/2024	14.30	16.00	0.50	1.00	1.50						

ระบบ บริการ	ลูกค้า รับบริการ	วิศวกร รับเครื่อง	ลูกค้า ผู้ส่งซ่อม	จุดบริการ รับเครื่องซ่อม	วิศวกร ซ่อมเครื่อง	ผู้ส่ง เครื่องคืน	ลูกค้า รับเครื่องคืน
Narat	อ.ต้น						
ณรงค์	เจ้าหน้าที่						
22/04/2024	22/04/2024						

ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการที่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ และขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการที่ได้รับอนุญาต